

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in
Via Michelangelo Buonarroti 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

NEGATIVOSCOPIO SERIE ALTA FREQUENZA

Codici

M-NF-010	M-NF-100	M-NF-110	M-NF-120	M-NF-150
----------	----------	----------	----------	----------

M-NF-2000	M-NF-2010	M-NF-2020
-----------	-----------	-----------

M-NF-02	M-NF-03
---------	---------

M-NF-20	M-NF-21
---------	---------

M-NF-300	M-NF-600	M-NF-1200
----------	----------	-----------


Al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alla
Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi Medici - Classe 1

inoltre è conforme alla Direttiva 73/23 CEE (Bassa tensione)
89/336 CEE (Compatibilità Elettromagnetica)

La costruzione è conforme alle norme
EN 60601 -1,2 - Din 6856 -1,2

Cologno Monzese, anno 2015

CABLAS S.R.L.
Via Michelangelo, 52/B
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
S.r.l. - Via Sormani, 34 - COLOGNO M. SE
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156



SCHERMATURE ANTIX - ACCESSORI PER RADIOLOGIA
